



Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala: 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl
Dyrektor Szpitala: dr hab. med. Szczepan Cofta

Nasz znak EZP/149/20

Poznań, dnia 3 listopada 2020 roku

Szanowni Wykonawcy!

Dotyczy: Zakup (dostawa) na wyroby medyczne do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego na potrzeby pacjentów szpitala i pacjentów żywionych pozajelitowo w warunkach domowych, będących pod opieką Poradni żywieniowej oraz dzierżawa mieszalnika – 1 pakiet

I Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadził zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzór umowy dzierżawy § 7 ust. 1 oraz wzoru umowy § 13 ust. 1 jak poniżej:

1) Wzór umowy dzierżawy - § 7 ust. 1

Jest:

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres **12 miesięcy** od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji zgodnie z § 1 ust. 5

Zmieniono w sposób jak poniżej:

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres **36 miesięcy** od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji zgodnie z § 1 ust. 5

1) Wzór umowy - § 13 ust. 1

Jest:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar gwarancyjne na rzecz Zamawiającego w wysokości:
 - a) 10% niezrealizowanej wartości umowy, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.
 - b) 0,2% wartości niewykonanego lub nienależyście wykonanego zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w prawidłowym wykonaniu zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości zamówienia,
 - c) 0,2% wartości nienależyście wykonanego zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, w sposób inny niż poprzez opóźnienie za każdy dzień nienależytego wykonania zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy.

Zmieniono w sposób jak poniżej:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar gwarancyjne na rzecz Zamawiającego w wysokości:
 - a) 10% wartości **brutto** niezrealizowanej części umowy, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.
 - b) 0,2% wartości **brutto** niewykonanej lub nienależyście wykonanej części zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia



salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 000000185

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55



w prawidłowym wykonaniu zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości **brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części** zamówienia,

c) 0,2% wartości **brutto** nienależycie wykonanej części zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, w sposób inny niż poprzez opóźnienie za każdy dzień nienależytego wykonania zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości **brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części przedmiotu** umowy.

II. Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakiet 1, wymagane parametry poz. 1.6; Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę statusu z urządzenia posiadającego certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego na urządzenie posiadające certyfikat CE zgodnie z dyrektywą 2014/30/EU, 2014/35/EU?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować przedmiot o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakiet 1 poz. 2: Proszę o doprecyzowanie z iloma kanałami/portami mieszalnika oczekuje Zamawiający ? W opisie przedmiotu zamówienia jest mieszalnik z min. 12 kanałowym systemem do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego punkt 1 wymagane parametry oraz punkt 7 (kaseta + linia główna zestawu z 12 liniami). Do mieszalnika z 12 liniami dedykowany jest zestaw przewodów (kaseta z 12 kanałami), natomiast do mieszalnika z 24 liniami dedykowany jest zestaw przewodów - kaseta z 24 kanałami z opcją użycia kasety z 12 kanałami.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje mieszalnika z 24 portami do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego oraz kasetę z 24 lub 12 kanałami.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w wymaganych parametrach mieszalnika poz. 1.5 dopuści urządzenie fabrycznie nowe z datą produkcji 2018 rok?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na którym etapie postępowania Zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 1.3 ppkt. 2 SIWZ (tzn. katalogów/ folderów) – należy załączyć do oferty, czy przesłać na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 1.3 ppkt 2 SIWZ.



salus aegroti, educatio, scientio
SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 000000185

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55



Pytanie nr 5

Dotyczy § 13 ustęp 1a umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ, część I pisma.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie: zgodnie z pkt. 6 SIWZ termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy, natomiast w § 7 ust. 1 umowy dzierżawy Zamawiający zapisał iż umowa zostaje zawarta na okres 12 m-cy?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ, część I pisma.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 6 ust. 3b).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od dnia zgłoszenia” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 13 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar gwarancyjne na rzecz Zamawiającego w wysokości:
 - a) 10% wartości **brutto** niezrealizowanej części umowy, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.
 - b) 0,2% wartości **brutto** niewykonanej lub nienależycie wykonanej części zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w prawidłowym wykonaniu zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości **brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części** zamówienia,
 - c) 0,2% wartości **brutto** nienależycie wykonanej części zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, w sposób inny niż poprzez



salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 000000185

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55



opóźnienie za każdy dzień nienależytego wykonania zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości **brutto niewykonanej lub nienależyście wykonanej części przedmiotu** umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ, część I pisma.

Apteka
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Anna Kominek
dr n. med. mgr farm. Anna Kominek

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Eksploatacyjnych

Piotr Bęącz
mgr Piotr Bęącz
Dyrektor Szpitala

Opracował: Maciej Miodek



salus aegroti, educatio, scientio
SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 000000185

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55

